

KARTA PRODUKTOWA

Basen sanitarny jednorazowego użytku 2 l, Maxi, WardPak™	
Marka	: CURAS®
Kategoria	: Pielęgniarstwo/opieka
Zakres	: Hygiene Pulp™
Grupa produktowa:	: Usuwanie nieczystości pochodzenia ludzkiego
NR REF.	: 08002



OPIS PRODUKTU

Basen sanitarny MAXI jednorazowego użytku z pulpy higienicznej o właściwościach wodoodpornych. Pojemność - 2 l. Odpowiedni do utylizacji w maceratorze. Opakowanie WardPak™ dla łatwego użytkowania. Niesterylne.

PRZEZNACZENIE

Basen sanitarny MAXI jednorazowego użytku do gromadzenia nieczystości pochodzenia ludzkiego oraz innych płynów ustrojowych. Wykorzystywany również przez unieruchomione pacjentki do przyłóżkowego zbierania moczu. Może być stosowany w połączeniu ze standardową podpórką z tworzywa sztucznego dla poprawy stabilności. Produkt jednorazowego użytku.

CECHY I ZALETY

- Produkt ekologiczny wykonany w całości z przetworzonej makulatury gazetowej.
- Produkt jednorazowy w celu ograniczenia ryzyka zakażenia krzyżowego oraz zakażeń szpitalnych. Jeśli jest to konieczne, 2 baseny lub więcej można umieścić jeden na drugim dla dodatkowej stabilności i lepszej higieny.
- Idealnie pasuje do standardowej podpórki z tworzywa sztucznego, która zapewnia dodatkową stabilność.
- Większa pojemność dla spełnienia potrzeb użytkowników.
- Możliwość ułożenia w stos w celu ograniczenia zajmowanego miejsca.
- Stabilny z płaskim dnem.
- Opakowanie wewnętrzne WardPak™ chroni produkt przed kurzem i zanieczyszczeniem.
- Co najmniej 4 godziny wodoodporności.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

NR REF.	Pojemność	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Średnia waga/szt.	Opakowanie
08002	2 l	38 x 29 x 9,5 cm	65 g ± 2 g	WardPak™

Skład

- 100% przetworzonej makulatury gazetowej.
- Mieszanka wodna odporna na płyny.

Kraj pochodzenia

- Unia Europejska

Sterylicacja

- Niesterylne

- Możliwość sterylizacji z użyciem tlenku etylenu (ETO) lub promieni gamma.

Okres przydatności do użycia

- 5 lat

Wybrane normy i wytyczne

- Dyrektywa MDD 93/42/EWG (Oznakowanie CE, Klasa I), zmieniona Dyrektywą 2007/47/WE.
- ISO 9001:2008
- PAS29:1999 Próba odporności na plyn przez okres co najmniej 4 godzin (temperatura wody 35°C±3°C).
- PAS29:1999 Próba maceracji przy użyciu maceratora stosowanego w pokoju-služie, cykl normalny.

Zalecane warunki przechowywania

- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać wystawiania produktu na działanie ekstremalnych temperatur.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła oraz zapłonu.

Proponowana metoda utylizacji

- W przypadku standardowych odpadów, zużyty produkt należy utylizować w maceratorze lub zgodnie z lokalnym protokołem dot. odpadów. W przypadku braku maceratora, należy spalić lub wywieźć na składowisko odpadów.
- W przypadku zanieczyszczonej lub zakażonej zawartości, produkt należy traktować jak odpad medyczny oraz utylizować zgodnie z protokołem dot. odpadów medycznych.

Symbole produktu



INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA

NR REF.	Kod kreskowy EAN-13	WardPak™	Karton	Masa brutto
08002	5051400080029	50 szt.	200 szt. / karton	~ 15 kg

Komponenty/Właściwości materiałów			Zalecenia dot. utylizacji odpadów				
Opakowanie	Materiał	Zawiera PCW	Spalenie	Wysypisko	Macerator	Recykling	Ponowne użycie
WardPak™	PE	--	✓	(✓)		✓	
Karton zewnętrzny	Tektura falista	--	(✓)	(✓)		✓	
Paleta transportowa	Drewno	--				(✓)	✓

✓ = Wysoce zalecane

(✓) = Zalecane

INFORMACJE DODATKOWE

- Produkty Curas® Hygiene Pulp™ zostały poddane kontroli w kilku modelach maceratorów i spełniają wymagania rekomendowanych procedur operacyjnych.
- Kod HS: 4823709000
- Dokumentacja dostępna na życzenie. Kontakt: info@curas.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce: